

Testet qe kryhen ne Qendren e Laboratoreve Testuese te IKSHPK

I. Laboratori i Ujit

Produkti	Parametrat qe do te testohen		Teknika e testimit	Standardi/ Dokumenti referent
Uji i pijshem nga sistemet, uji i ambalazhuar dhe uji nga pishinat	1	Ngjyra	photometrice – 0.1-50.0 m-1 matja ne $\lambda = 525$ nm	DIN EN ISO 7887:2002
	1.1	Era	Organoleptike	
	2	Turbullira	photometrice 1 – 100 FAU matja ne $\lambda = 525$ 550 nm	DIN EN ISO 7027
	3	Klori i lirë Cl_2	photometrice 0.010 – 6.00 mg/l Cl_2	DIN EN ISO 7393-2
	4	Kloruret Cl^-	photometrice 2.5 - 250 mg/l Cl^-	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	5	Hekur Fe^{2+}	photometrice 0.0025 - 5.00 mg/l Fe	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	6	Amonjaku NH_4^+	photometrice 0.010 - 3.00 mg/l $\text{NH}_4\text{-N}$	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	7	Nitrite NO_2^-	photometrice 0.002 - 1.00 mg/l $\text{NO}_2\text{-N}$	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	8	Nitrate NO_3^-	photometrice 0.2 - 20.0 mg/l $\text{NO}_3\text{-N}$	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	9	Mangani Mn^{2+}	photometrice 0.005 - 2.00 mg/l Mn	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	10	Magneziumi Mg^{2+}	photometrice 5.0 - 75.0 mg/l Mg	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	11	Vlera e Ph-së	pHmetrike	ISO 10523:2008
	12	Indeksi i KMnO_4 (i shprehur si O_2)	Vellimetrike *Titrimetri	ISO 8467:2000
	13	SO_4^{2-}	photometrice, 5-250 mg/L (SO_4^{2-})	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	14	PO_4^{2-}	photometrice	ISO 6878:2004

			5.00 mg/l PO ₄ -P 0.0077 - 15.3 mg/l PO ₄	
	15	Perçueshmeria	konduktometrike	ISO 10523:2008
	16	Chromi(VI),	photometrice 0.05 - 2.00 mg/l	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	17	Floruret	photometrice 0.010 - 20.0 mg/l F	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	18	Alkaliteti total	Photometric 20 - 400 mg/l CaCO ₃	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	19	Fortësia e ujit Dh ⁰	photometrice	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	20	Ca	photometrice	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	21	Al	photometrice 0.020 - 1.20 mg/l Al	ISO 8466-1 und DIN 38402 A51
	22	Oksigjeni O ₂	oksigjenometrike	ISO 10523:2008
	23	BrO ₃ -	photometrice 0.003 – 0.120 mg/l BrO ₃ –	ISO 15061:2001
	24	Cianure CN ⁻	photometrice 0.002 - 0.500 mg/l CN ⁻	ISO 8466-1/DIN
	25	Azoti N ₂	photometrice 0.5 - 12.0 mg/l O ₂	ISO 8466-1/DIN 38402 A51
	26	Fenolet C ₆ H ₅ .OH	photometrice 0.002 - 5.00 mg/l	ISO 6439 / ASTM D1783-01.
	27	TOC	Carbon Analyzer 0.5 - 30.0 mg/l	EN 1484:1998
	28	Mbetja pas avullimit	Gravimetrice	Method 2540 C SMEWW, 23rd Edition.
	29	HCO ₃	Titrimetrice	S SH 2639 -23:1990
	30	CO ₃ ²⁻	Titrimetrice	S SH 2639 -23:1990
	31	CO ₂	P/T method -total pressure and temperature	SMEWW 4500

II. Laboratori i analizave fiziko – kimike te ushqimit

Fusha e testimit:

K	Produkti	Parametrat qe do te testohen	Teknika e testimit	Standardi/ Dokumenti referent
1	<i>Qumesht</i>	Aciditeti	titrim	AOAC 947,05
		Yndyra	Gerber	
		Pesha specifike	Hygrometer	AOAC 925,22
		Mbetja e thatë	Kalkulim	AOAC 990,20
		Mbetja e thatë pa yndyrë	Kalkulim	AOAC 990,21
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 991.20
		Streptomycin	Elisa/Kolorimetri	Art. No. R3 104/EC Reg.1907/2006
2	<i>Kosi dhe Ajka</i>	Yndyra	Gerber	
		Mbetja e thate pa yndyre	Kalkulim	AOAC 990.21
		Aciditeti	Titrim	AOAC 947,05
		Mbetja e thatë	Kalkulim	AOAC 990,20
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 920,109
3	<i>Akullore</i>	Mbetja e thate	Kalkulim	AOAC 941.08
		Yndyra	Soxlet	AOAC 952.06
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 930.33
		Sheqeri i pergjithshem	Kalkulim	AOAC 923,09
4	<i>Djathi</i>	Uji	Sartorius	AOAC 926.08
		Hiri	Djegje	AOAC 935,42
		Yndyra	Soxlet	AOAC 933,05
		Kripa	titrim	AOAC 935,43
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 920.123
5	<i>Mishi dhe produktet e mishit</i>	% e ujit	Sartorius	AOAC 950,46
		Yndyra	Soxlet	AOAC 960,39

		Hiri	Djegje	AOAC 920,153
		Nitritet	Teste	Metoda me test nitrit
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 981,10
		Kripa		AOAC 935,47
		Streptomycin	Elisa/Kolorimetrike	Art. No. R3 104/EC Reg.1907/2006
6	<i>Yndyrat dhe vajrat</i>	% e ujit	Furre halogjene	AOAC 926,12
		Numri i saponifikimit	Titrim	AOAC 920.160
		Indexi i refraksionit	Refraktometer	AOAC 921,08
		Numri jodik	Titullim	AOAC 920,158
		Numri i peroksideve	Titullim	AOAC 965,33
7	<i>Mielli</i>	Ph e miellit	pH meter	AOAC 943,02
		% e ujit	Furre halogjene	AOAC 925,09
		Hiri	Kalçinim	AOAC 923,03
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 920,87
		Yndyra	Soxlet	AOAC 920.85
8	<i>Produktet e miellit -buka</i>	Mbetja e thate	Kalkulim	AOAC935.36
		Ph	pH meter	AOAC 945,42
		Hiri	Kalçinim	AOAC 930,22
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 930,25
		NaCl	Titullim	AOAC 930.23
9	<i>Makaronat dhe produktet e ngjashme</i>	Mbetja e thatë	Kalkulim	AOAC 926,07
		Hiri	Kalçinim	AOAC 925,11
		Yndyra	Soxlet	AOAC 925.12
		pH	pH metet	AOAC 940,23
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 930,25
				AOAC 920.87
10	<i>Çipsat</i>	Uji	Furre halogjene	AOAC 941,11
		Hiri	Kalçinim	AOAC 941,12
		Kripa	Titulli	AOAC 939,10
		Yndyra	Soxlet	AOAC 963,15
		Proteinat		
11	<i>Melmest dhe erezat</i>	Uji	Furre halogjene	AOAC 941,11
		Hiri	Kalçinim	AOAC 941,12
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 920,165
		Kripa	Titullim	AOAC 939,10
12	<i>Sheqeri</i>	Uji	Furre haloogjene	AOAC 925,45
		Hiri	Djegje	AOAC 900,02
		Percaktimi i saharezes	Titullim	AOAC 930,36
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 920,176
13	<i>Ëmbelsirat</i>	Uji	Furre halogjene	AOAC 935,36
		yndyra	Soxlet	AOAC 920.85
		sheqeri	Kalkulim	AOAC 923,09
		proteinat	Kjeldah	AOAC 930,25
14	<i>Frutat dhe produktet e frutave</i>	Uji	Furre halogjen	AOAC 934.06
		Mbetja e thate	Refraktometer	AOAC 932,12
		hiri	Djegje	AOAC 940,26

		sheqeri	Kalkulim	AOAC 925,35
		proteinat	Kjeldah	AOAC 920,152
15	<i>Çokollada me produkte</i>	Uji	Furre halogjene	AOAC 931.04
		Hiri	Djegje	AOAC 972.15
		proteinat	Kjeldah	AOAC 970.21
		yndyra	Soxlet	AOAC 963.15
		sheqeri	Kalkulim	AOAC 939.02
16	<i>Vezet dhe produktet</i>	Mbetja e thate	Kalkulim	AOAC 925.30
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 925.31
		yndyra	Soxlet	AOAC 925.32
17	<i>Bombonet</i>	% e ujit	Furre halogjene	AOAC 934.05
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 920.152
		Sheqeri i pergjithshem	Kalkulim	AOAC 923.09
18	<i>Kripa e kuzhines</i>	Kj ose KJO3	Titullim	AOAC 925,65
		Uji	Furre halogjene	AOAC 925,09
		NaCl	Titullim	AOAC 935,47
19	<i>Perimet e perpunuara Keçapi</i>	Mbetja e thate refraktometrike	Refraktometer	AOAC 970,59
		Kripa	Titullim	AOAC 939,10
		aciditeti	Titullim	AOAC925,53
		Hiri	Djegje	AOAC925.51
20	<i>Sose te ndryshme majonezi</i>	Aciditeti	Titullim	AOAC 935,57
		Yndyra	Soxlet	AOAC 950,54
		Mbetja e thate	Sartorius	AOAC 935,56
		Kripa	Titullim	AOAC 941,13
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 935,58
21	<i>Pijet alkoolike</i>	aciditeti	Titullim	AOAC 945,08
		Alkooli ne vellim %	Distilim - piknometer	AOAC 942,06
		ekstrakti	Kalkulim	AOAC 920,47
		hiri	Djegje	AOAC 920,48
		Pesha specifike	Distilim - piknometer	AOAC 945,06
22	<i>Birra</i>	% e alkoolit	Distilim-piknometer	AOAC 935,22
		ekstrakti	Kalkulim	AOAC 945,09
		aciditeti	Titullim	AOAC 950,07
		pH	pH meter	AOAC 945,10
		proteinat	Kjeldah	AOAC 920,53
		pesha specifike	Distilim-piknometer	AOAC 920.50
23	<i>Vererat</i>	hiri	Furre per kalcinim	AOAC 920,67
		aciditeti	Titullim	AOAC 962,12

		Alkooli ne vellim	Distilim-piknometer	AOAC 920,57
		estrakti	Kalkulim	AOAC 920,62
		pH	pH meter	AOAC 960,19
		Pesha specifike	Distilim-piknometer	AOAC 920,56
24	<i>Pijet joalkoolilike-lengjet e gazuara dhe lengjet e pemeve</i>	aciditeti	Titullim	AOAC 950,15
		Hiri	Kalcinim-Furre	AOAC 950,14
		Mbetja e thate	Refraktometer	AOAC 950,27
		Sheqeri i pergjithshem	Kalkulim	AOAC 950,29
		Vitamina C	Titullim	Pearson
		CO2	Aparat per CO2	AOAC 967,22
25	<i>Pijet energjike</i>	aciditeti	Titullim	AOAC 950,15
		Mbetja e thate	Refractometer	AOAC 950,27
		Alkooli te pijet energjike	Distilim-piknometer	AOAC 950,13
		Sheqeri	Kalkulim	AOAC 950,29
26	<i>Çaji</i>	% e ujit	Furre halogjene	AOAC 925.19
		hiri	Kalcinim- Furre	AOAC 920,100
		ekstrakti	Kalkulim	AOAC 925,18
		Ekstrakti ne uje	Kalkulim	AOAC 920,104
27	<i>Kaffja</i>	Hiri	Kalcinim-Furre	AOAC 920.93
		ekstrakti	Soxlet	AOAC 920,97
		% e ujit	Furre -halogjene	AOAC 968,11
28	<i>Uthulla</i>	Mbetja e thate	Refractometer	AOAC 930,35 C
		Hiri	Kalcinim- Furre	AOAC 930,35 D
		Aciditeti(ac.acetik)	Titullim	AOAC 930,35 J
		alkooli	Distilim-Piknometer	AOAC 930,35 Q
29	<i>Prodhime konditore</i>	Sheqeri	Kalkulim	AOAC 923.09
		Hiri	Kalcinim-Furre	AOAC 930.22
		Yndyra	Soxlet	AOAC 925.12
		Uji	Furre halogjene	AOAC 935.36
30	<i>Marmelata</i>	Mbetja e thate	Refractometer	AOAC 932,12
		Sheqeri	Kalkulim	AOAC 925.35
		Proteinat	Kjeldah	AOAC 920,152
		Uji	Furre halogjene	AOAC 934.06
31	<i>Karamelat</i>	Yndyra	Soxlet	AOAC 920.85
		Sheqeri	Kalkulim	AOAC 923.09
		Proteinat	Soxlet	AOAC 930.25
		Uji	Furre -Halogjene	AOAC 935.36

III .Laboratori I Mikrobiologjise Sanitare

III. Mikrobiologjia Sanitare

Fusha e testimit:

Nr	Produkti	Parametrat qe do te testohen	Teknika e testimit	Standardi/ Dokumenti referent
1	Uji i pijshëm dhe uji i ambalazhuar	Numri i përgjithshëm i baktereve koliforme	Membran filter	ISO 9308-1:2003
		Bakteret koliforme me origjinë fekale	Membran filter	ISO 9308-1:2003
		Numri i përgjithshëm i baktereve mezofile	Membran filter	ISO 6222:1999
		Streptokoket me origjinë fekale	Membran filter	ISO 7899-2:2000
		Pseudomonas aeruginosa	Membran filter	Mbjellje direkte ne terren selektiv
2	Ujerat rekreativ dhe puset	Numri i përgjithshëm i baktereve koliforme	Membran filter	ISO 9308-1:2003
		Bakteret koliforme me origjinë fekale	Membran filter	ISO 9308-1:2003
		Numri i përgjithshëm i baktereve mezofile	Membran filter	ISO 6222:1999
		Streptokoket me origjinë fekale	Membran filter	ISO 7899-2:2000
		Pseudomonas aeruginosa	Membran filter	Mbjellje direkte ne terren selektiv
3	Qumeshti dhe produktet e qumështit	Salmonella	Metode ISO Standard	ISO 6579-2002
		Staphylococcus aureus	Metode ISO Standard	ISO 6888-2:1999
		Escherichia coli	Metode ISO Standard	ISO 16649-2:2002
		Tharmi dhe myshqet	Metode ISO Standard	Mbjellje direkte ne terren ushqyes
		Bakteret koliforme	Metode ISO Standard	ISO 4831:2006

		Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile	Metode ISO Standard	ISO 4833:2003
4	Mishi dhe produktet e mishit	Salmonella	Metode ISO Standard	ISO 6579-2002
		Staphylococcus aureus	Metode ISO Standard	ISO 6888-2:1999
		Escherichia coli	Metode ISO Standard	ISO 16649-2:2001
		Bakteret koliforme	Metode ISO Standard	ISO 4831:2006
		Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile	Metode ISO Standard	ISO 4833:2003
5	Mielli, buka dhe brumerat	Salmonella	Metode ISO Standard	ISO 6579-2002
		Staphylococcus aureus	Metode ISO Standard	ISO 6888-2:1999
		Escherichia coli	Metode ISO Standard	ISO 16649-2:2001
		Bakteret koliforme	Metode ISO Standard	ISO 4831-2006
		Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile	Metode ISO Standard	ISO 4833:2003
		Tharme dhe myshqe	Metode ISO Standard	Mbjellje direkte ne terren ushqyes
6	Embelsirat Akulloret Cokollatat	Salmonella	Metode ISO Standard	ISO 6579-2002
		Staphylococcus aureus	Metode ISO Standard	ISO 6888-2:1999
		Escherichia coli	Metode ISO Standard	ISO 16649-2:2001
		Bakteret koliforme	Metode ISO Standard	ISO 4831:2006
		Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile	Metode ISO Standard	ISO 4833:2003
		Tharme dhe myshqe	Metode ISO Standard	Mbjellje direkte ne terren ushqyes
7	Veze Majonez	Salmonella	Metode ISO Standard	ISO 6579:2002
8	Lengjet	Salmonella	Metode ISO Standard	ISO 6579:2002

	Peme dhe perime			
		Staphylococcus aureus	Metode ISO Standard	ISO 6888-2:1999
		Escherichia coli	Metode ISO Standard	ISO 16649-2:2001
		Bakteret koliforme	Metode ISO Standard	ISO 4831:2006
		Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile	Metode ISO Standard	ISO 4833:2003
		Tharme dhe myshqe	Metode ISO Standard	Mbjellje direkte ne terren ushqyes
9	Melmesat Kafja, Vaji	Numri i pergjithshem i baktereve te gjalla mezofile	Metode ISO Standard	ISO 4833:2003
		Tharme dhe myshqe	Metode ISO Standard	Mbjellje direkte ne terren ushqyes
10	Te gjitha llojet e ushqimet	Salmonella	Mini Vidas	Vidas metoda
		Staphylococcus aureus enterotoxin	Mini Vidas	Vidas metoda
		Escherichia coli 0157	Mini Vidas	Vidas metoda
		Listeria monocytogenes	Mini Vidas	Vidas metoda
		Campylobacter	Mini Vidas	Vidas metoda
11	Te gjitha llojet e ushqimet	Numri i baktereve aerobe	TEMPO	Tempo metoda
		Staphylococcus aureus	TEMPO	Tempo metoda
		Bacillus cereus	TEMPO	Tempo metoda
		Tharmi dhe myshqet	TEMPO	Tempo metoda

IV. Laboratori Analitik Organik

Fusha e testimit:

Produkti		Parametrat qe do te testohen	Teknika e testimit	Standardi/ Dokumenti referent
Pije freskuese joalkoholike	1	Acesulfam K	kromatografike	EN 12856: 1999
Pije freskuese joalkoholike	2	Saharine	kromatografike	EN 12856: 1999

V.

Pije freskuese joalkoholike	3	Aspartam	kromatografike	EN 12856: 1999
Pije freskuese joalkoholike	4	Kafeine	Kimike	EN 12856: 1999
Pije freskuese joalkoholike	5	Benzoat Na	Kimike	EN 12856: 1999
Pije freskuese joalkoholike	6	Sorbat K		EN 12856: 1999
Produkte dietetike	7	Acesulfam K	Kimike	EN 12856: 1999
Produkte dietetike	8	Saharine	Kimike	EN 12856: 1999
Produkte dietetike	9	Aspartam	Kimike	EN 12856: 1999
Qumesht	10	Aflatoxin M1	Kimike	VIKAM metode (aflaTest)
Kikiriki, bajame, festek	11	Aflatoxina(total)	Kimike	VIKAM metode (aflaTest)
Kokoshka	12	Aflatoxina(total)	Kimike	VIKAM metode (aflaTest)
Miser(mielli)	13	Aflatoxina(total)	Kimike	VIKAM metode (aflaTest)
Gruri	14	Aflatoxina(total)	Kimike	VIKAM metode (aflaTest)
Vaj bimor	15	Aflatoxina(total)	Kimike	VIKAM metode (aflaTest)
Miser	16	Ohratoxin A	Kimike	OchraTest
Gruri	17	Ohratoxin A	Kimike	OchraTest™
Fiq, rrush dhe kumbulla te thata	18	Ohratoxin A	Kimike	OchraTest™
Kafe	19	Ohratoxin A	Kimike	OchraTest™
miser		Zeralatoxin	Kimike	ZearalaTest™
Ushqim i shpendeve	20	Zeralatoxin	Kimike	ZearalaTest™

V. Laboratori i Parametrave mjedisore

Fusha e testimit

Produkti	Parametrat qe do te testohen	Teknika e testimit	Standardi/ Dokumenti referent
Parametrat e cilësisë së ajrit të brendshëm- Mikroklima	Benzeni(BTEX)	Analizat kimike-ndotësit kimik te ajrit të brendshëm	OBSH
	Formaldehidet		OBSH
	Dioksidi i Azotit (NO ₂)		OBSH
	Temperatura		OBSH
	Presioni atmosferik		OBSH
	Lagështia relative		OBSH
	Dioksidi i karbonit		OBSH
	Monoksidi i karbonit		OBSH

VI. Laboratori Analitik Inorganik

Fusha e testimit

Nr.	Lloji/Tipi i analizës	Produkti	Tipi i pajisjes	Parametrat që do të testohen	Diapazoni i testimit Ppb(µ/l)	Pa-saktësia e testimit RSD % 1-10	Dokumenti referent
1	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	B	100-1000	2.80	DIN EN16943

Nr.	Lloji/Tipi i analizës	Produkti	Tipi i pajisjes	Parametrat që do të testohen	Diapazoni i testimit Ppb(µ/l)	Pa-saktësia e testimit RSD % 1-10	Dokumenti referent
2	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Na	50-500	0.60	DIN EN16943
3	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Al	10-1000	4.20	DIN EN16943
4	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Mg	50-1000	1.20	DIN EN16943
5	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	K	50-1000	0.50	DIN EN16943
6	Analiza kimike	ushqim	ICP- OES	Ca	50-5000	1.50	DIN EN16943
7	Analiza kimike	ushqim	ICP- OES	Cr	5-500	2.40	DIN EN16943
8	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Mn	1-1000	0.70	DIN EN16943
9	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Fe	10-1000	0.70	DIN EN16943
10	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Co	0.1-10	2.30	DIN EN16943
11	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Ni	1-50	2.60	DIN EN16943
12	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Cu	200-4000	0.80	DIN EN16943
13	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Zn	30-3000	1.30	DIN EN16943
14	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	As	1-50	0.20	DIN EN16943
15	Analiza kimike	ushqim	ICP- OES	Se	1-50	0.60	DIN EN16943
16	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Ag	5-100	3.50	DIN EN16943
17	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Cd	0.5-10	1.60	DIN EN16943
18	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Sb	1-10	1.70	DIN EN16943

Nr.	Lloji/Tipi i analizës	Produkti	Tipi i pajisjes	Parametrat që do të testohen	Diapazoni i testimit Ppb(μ /l)	Pa-saktësia e testimit RSD % 1-10	Dokumenti referent
19	Analiza kimike	ushqim	ICP-OES	Hg	0.2-10	0.70	DIN EN16943
20	Analiza kimike	ushqimi	ICP-OES	Pb	1-100	1.30	DIN EN16943
21	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Zn	30-3000	1-10	EPA6020A DIN EN16943
22	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Cu	200-4000	1-10	EPA6020A DIN EN16943
23	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Cd	0.5-10	1-10	EPA6020A DIN EN16943
24	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Pb	1-100	1-10	EPA6020A DIN EN16943
24	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Co	0.1-10	1-10	EPA6020A DIN EN16943
26	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Ni	1-50	1-10	EPA6020A DIN EN16943
27	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Na	50-500	1-10	EPA6020A DIN EN16943
28	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	K	50-1000	1-10	EPA6020A DIN EN16943
29	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Mg	50-1000	1-10	EPA6020A DIN EN16943
30	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Al	10-1000	1-10	EPA6020A DIN EN16943
31	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Ca	50-1000	1-10	EPA6020A DIN EN16943
32	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Cr	5-500	1-10	EPA6020A DIN EN16943

Nr.	Lloji/Tipi i analizës	Produkti	Tipi i pajisjes	Parametrat që do të testohen	Diapazoni i testimit Ppb(µ/l)	Pa-saktësia e testimit RSD % 1-10	Dokumenti referent
33	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Mn	1-1000	1-10	EPA6020A DIN EN16943
34	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	As	1-50	1-10	EPA6020A DIN EN16943
35	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Se	1-50	1-10	EPA6020A DIN EN16943
36	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Sb	1-10	1-10	EPA6020A DIN EN16943
37	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Hg	0.2-10	1-10	EPA6020A DIN EN16943
38	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Fe	10-1000	1-10	EPA6020A DIN EN16943
39	Analiza kimike	ujë	ICP-MS ICP-OES	Ag	5-100	1-10	EPA6020A DIN EN16943